



EMPRESA MEDIALL BRASIL
Gestão em Saúde

Nota de Esclarecimento – N.1

DO (A): UTIS COVID - HESC

PARA: Diretoria do Hospital Estadual Santa Casa – Diretoria Mediall

ASSUNTO: Devolutiva referente a funcionalidade de Respirador Mecânico

Por, Coord. Fisioterapia Leandro Duarte

Declaro para os devidos fins, que Recebi do Fundo Estadual de Saúde a remessa de 10 (Dez) respiradores mecânicos da marca Amoul – Modelo T7, no dia 06 de Junho de 2020. Nos quais avaliei e testei a funcionalidade dos mesmos. Após a realização de testes, os respiradores mecânicos se mostraram aptos e com resultados positivos e seguros para utilização em pacientes com COVID19 e demais patologias, já que o mesmo assim como outros respiradores em utilização, é capaz de realizar/manter a manutenção respiratória juntamente com a utilização do filtro HEPA o qual diminui/evita a dispersão de aerossóis no meio externo.

Estou à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Att.

DATA: 08/06/2020

ÓRGÃO DE ORIGEM:

ASS: *Dr. Leandro C. H. Duarte*
Fisioterapeuta
Crefito – 9/157421-F

Recebido:

ASS: